

# QJ23便携式惠斯顿电桥

## 使 用 说 明 书

## 一. 概述

便携式惠斯顿电桥QJ23是为了测量介于1 mΩ到9.999 MΩ的直流电阻阻值而设计的一款高性价比的单臂电桥。它内附高灵敏度电子检流计和工作电流，且整个测量机构装在塑料外壳内，轻便且易携带，适合在工矿企业、实验室或车间现场对大多数的直流电阻进行测量。

按标准提供的设备：

- 1台QJ23
- 2根测试线（付费提供）
- 1套电池（含1节9V电池和2节1.5V电池）（付费提供）
- 1台外接高精度检流计AZ19（付费提供）
- 1份说明书

相关产品推荐：

- 若需接入220V市电使用，请选购FMQJ23
- 若需测量1 mΩ to 11.11 MΩ的阻值，请选购QJ23a或FMQJ23a

## 二. 参数

总测量范围1 mΩ ~9.999 MΩ，精度0.2%				
倍率	范围	最小分辨率	精度	电源选择
$\times 10^{-3}$	0~9.999 Ω	1 mΩ	0.5%	4.5 V (内置电池或外接电源)
$\times 10^{-2}$	0~99.99 Ω	10 mΩ	0.2%	
$\times 10^{-1}$	0~999.9 Ω	100 mΩ	0.2%	
$\times 10^0$	0~9.999 kΩ	1 Ω	0.2%	
$\times 10^1$	0~99.99 kΩ	10 Ω	0.2%	
$\times 10^2$	0~999.9 kΩ	100 Ω	0.2%	9V (外接电源)
$\times 10^3$	0~9.999 MΩ	1 kΩ	1%	

使用温度范围

- 标称范围：5℃至+40℃
- 参考范围：20℃±10℃
- 存储范围：+5℃至+45℃

相对湿度：20%至80%（非冷凝状态下）

### 1.标准

本仪器按ZBY164—83国家专业生产

### 2.电源要求

(1) 内部的：

1节碱性9伏电池和2节1.5伏碱性电池

(2) 外部的

1节碱性9伏电池（仍需要保留在内部）和外接1.5 - 2伏外部电源（使外接电源时，必须移除内部1.5伏碱性电池）

### 3.尺寸和重量

QJ23, 380 x 330 x 230 mm 重量4.4 KG（安装电池）

### 4.服务指南

仪器（除非另有说明）的零件和人工保修期为12个月，从出厂日期开始算起（前提是在使用中并没有产生因人为或操作不当而引起的损坏）。

### 警告：


1. 任何维修都只能通过返厂维修的方式进行；
2. 本仪器的操作只能由受过足够相关仪器操作培训的人员进行；
3. 任何打开本仪器并尝试自行维修的行为会导致质保条款的失效。

## 三. 使用和准备

QJ23安装在塑料外壳中，它的盖子安装在滑动铰链上。在需要时或在操作期间，盖子可以被移除。电池盒位于仪器下方。插入电池时应确保仪器是在关闭的情况下，并确保按照电池盒指示的极性插入。

## 四. 面板功能

1. 检流计
2. 检流计灵敏度调节旋钮
3. 检流计调零旋钮
4. 检流计外接接线柱



5. 使用内/外检流计的选择开关
6. 电桥外接工作电源接线柱
7. 使用内/外电源的选择开关
8. 倍率读数开关
- 9-12. 步进读数开关
13. 电桥工作电源按键开关 (B)
14. 检流计按键开关 (G)
15. 未知电阻测试端接线柱

## 五. 操作方法

1. 检查仪器面板上所有的开关和旋钮是否清洁。拨动或滑动所有的旋钮和开关各几次以确保去除触点上可能影响测量的任何氧化层。
2. 在电池盒指示的电池极性正确放入电池，并把内/外检流计的选择开关 (5) 及内/外电源的选择开关 (7) 都扳到“内”的位置。此时电桥就能正常工作。如用外接直流电源1.5~2伏时，电池盒内的1.5伏电池应先全部取出。
3. 等稳定后(约5分钟)调节检流计指针在零位。调零时，灵敏度旋钮先放在最低位置，然后慢慢增加灵敏度。注意：电桥的精度调节电压越高（顺时针旋转）则灵敏度越高，但电阻元件发热越多，会造成指针飘移甚至烧毁元件。所以，只要灵敏度够用，电压尽量就低不就高。开机前应将该旋钮逆时针转到底，测量中谨慎增大。建议在满程灵敏度的1/4部位开始测试。
4. 将被测电阻接入本仪器的 $R_x$ 端接线柱。

注意：连接导线的电阻值会被算入未知电阻 $R_x$ 的阻值里。如需精确测量，那么应从测得的 $R_x$ 的阻值里减去连接导线的电阻值。
5. 如果被测电阻的阻值已知或可以被估计，则选择对应的倍率开关。
6. 按下“B”按钮，然后按下“G”按钮。这时检流计指针将朝刻度盘的任一端移动。注意：
  - I. 在测量电感电路的直流电阻时，应按下“B”开关，再按下“G”开关，断开时应先断开“G”，后断开“B”来避免损坏检流计。
  - II. 测量0.1欧姆以下值时，因电流较大，“B”开关应在测得阻值后断开，并在下一次测量时再按下，切不可按下锁死。
7. 调整校准后的步进读数开关组合，使检流计指针在刻度盘上的“0”点保持平衡。如果不可能，则调整倍率开关 (8) 上的倍率系数，直到检流计指针指“0”。注意：

令调整步进读数开关组合时，需令读数盘的最高位 ( $\times 1000 \Omega$ ) 被利用

以保证测量结果的有效数位足够多。

8. 当改变灵敏度时，检流计需要重新调零。注意：调零要在松开“B”开关的状态下进行。被测电阻的阻值可以通过以下公式来计算：

被测电阻值 $R_x$ =倍率读数×步进读数之总值

10. 测量完成后，断开外接测试线并将内/外电源的选择开关（7）扳到“外”。

## 六. 储存

如果该仪器需要被存放起来，那么不论存放时间长短都应取出电池。同时为了避免接触处在存放期可能出现的氧化及因此造成的接触不良，需在接触处涂一层无酸性凡士林。装置应存放在清洁干燥的环境中。

## 七. 废弃处理



此符号表示待处理的产品不应与一般家庭垃圾放置在一起。使用过的产品在废弃前必须先进行适当的处理。如果您希望丢弃本产品，那么请联系您的经销商或直接联系本企业。正确处理产品将有助于节约宝贵资源并防止环境被破坏。